

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : 株式会社ミクニ ライフ&オート

企業 URL : <https://www.mikuni-la.co.jp/>

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

介護をする人 介護を受ける人	負担を軽減 安全・安心を提供	に対し、	することができる
-------------------	-------------------	------	----------

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 電動介護リフト ミクニマイティエースII

製品／サービスの URL : <https://www.mikuni-la.co.jp/care/>

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



Youtube ミクニ介護リフトチャンネル :

<https://www.youtube.com/channel/UCh8n9gllwqcDCWkVtpKrmcA>

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

多関節アームで広範囲に移動できる電動介護リフトです。

既存の浴室・ユニットバスや居室に簡単設置できる支柱式タイプや、既存のベッドにも後から簡単に設置できるベッド固定式タイプなどがあります。

想定価格：ミクニマイティエースⅡ浴室セット…615,000円～、ミクニマイティエースⅡベッドセット…537,000円～

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

製品に対する対象者や被介護者の状況について、
迷われている企業は協会にて支援致します。
本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。

被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）

- ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

<本体ユニット>

昇降ストローク：1,600mm

最大吊り重量：90kg

電源：AC100V

ハンガー幅：450mm

<支柱ユニット>

全高：2,500mm 以内で任意

第一アーム長：500mm,400mm

第二アーム長：400mm,300mm

第一関節可動域：±110°

第二関節可動域：±120°

<ベッドセット用フレーム>

全高：2,050mm

第一アーム長：515mm

第二アーム長：300mm

第一関節可動域：55°

第二関節可動域：±120°

ハンガー可動域：360°

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。