

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : マッスル株式会社

企業 URL : <https://musclecorp.com/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所  
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室  
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援  
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア  
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

体重過多、ADL 低下等で複数人介助が必要な方や、移乗時に痛みや介護者への遠慮・恐怖感・拒否等、心身の負担のある方

に対し、

介護をうける方は、揺れも少なく、安心安全に、  
介護する方は、対面で顔色や全身の様子をみながらベッド、車椅子間の移乗介助を

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化  
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実  
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネジメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : ROBOHELPER SASUKE

製品／サービスの URL : <https://musclecorp.com/care/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



動画 URL: <https://youtu.be/wlWfTWo-Aug>

## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

まるで腕で抱きかかえるような優しい感覚でベッド、車いす間の移乗介護が、一人の介助でできるようになります。介護を受ける方の身体をシート面で支えるため体圧が分散され、また揺れない安定した移乗が可能です。密になりすぎないやさしい移乗介護が可能となります。臥位～座位までの適した姿勢に保持できるため、多様な車いす（標準型・リクライニング）で使用できます。

想定価格：998,000 円（非課税）

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア）
 介護者（在宅ケア）
 被介護者（施設ケア）
 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団）
 リハビリ利用者（個別）
 管理者（スタッフ管理）
 管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ  
被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ  
被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する対象者や被介護者の状況について、迷われている企業は協会にて支援致します。  
**本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。**

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2
 要介護 1
 要介護 2
 要介護 3
 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立
 ランク J（生活自立）
 ランク A（準寝たきり）

- ランク B（寝たきり／座位保つ）
 ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立
 ランク I
 ランク II（a・b）
 ランク III（a・b）
 ランク IV
 ランク V

自社独自の分類

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

対応荷重は 120kg まで、対応身長は 140～180cm。

脱衣所での使用は可能だが、浴室での使用は困難。

ベッド下に高さ 70mm 以上の空間が必要。床材が柔らかい素材の場合は高さ 10mm 以上の空間が必要。

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。