

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : 株式会社いうら

企業 URL : <https://www.iura.co.jp/index.html#id111> (ハイパーリンクを挿入してください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種情報の情報が収まるよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所  
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室  
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援  
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア  
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

- ① 介護者  
② 被介護者

に対し、

- ① 腰痛の軽減、業務の効率化  
② 筋緊張の緩和、移乗時の安全確保

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化  
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実  
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : EL-580 【移動式リフト】

製品／サービスの URL : <https://www.iura.co.jp/products/el580/index.html> (ハイパーリンクを挿入してください)

製品／サービスの写真・動画 ※1 機種の写真や動画 URL を載せてください

動画 URL → <https://youtu.be/N9y-lAIm4yo?t=14>

テクニック不要！揺れ軽減！

アームが垂直に近い状態で動くため  
**着座位置**が決めやすい。  
揺れが少ないため**恐怖感**がない。

女性も楽に使える！

ペダルを踏むと旋回を補助してくれる  
機能のおかげで**省スペース**、**軽い力**で  
取り回し出来る。**狭い居室**にも  
おすすめ。



ストレスフリー！

支柱が2本に分かれているので  
吊り上げた時に**足が当たらない**。  
フルクライニング車椅子も使え

## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

・兵庫県 介護ロボット補助金対象機器

メーカー希望小売価格：¥525,000-

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）  
リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2    要介護 1    要介護 2    要介護 3    要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立    ランクJ（生活自立）    ランクA（準寝たきり）

- ランクB（寝たきり／座位保つ）    ランクC（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立    ランクI    ランクII（a・b）    ランクIII（a・b）    ランクIV    ランクV

自社独自の分類

製品に対する対象者や被介護者の状況について、  
迷われている企業は協会にて支援致します。  
**本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。**

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

- ・浴室での使用禁止
- ・体重 120 kg 以上のご利用者様の使用禁止

※使用方法についての研修会実施可能です。(スリングシートの選定も含む。)

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。

施設様のお声

- ・求人募集にリフトを導入している事を記載したら求人者が増えた。
- ・伸展拘縮している方の足が支柱にあたらないので使いやすかった。(他社からの買い替え)