

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : バンドー化学株式会社

企業 URL : <https://www.bandogrp.com> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2 面（裏表）一枚に、1 機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- ☐居室 ☐トイレ ☐個室 ☐個室脱衣所 ☐特殊浴槽 ☐特殊浴槽脱衣所
☐食堂 ☐多目的ホール（共有リビングスペース） ☒看護・介護ステーション ☒リハビリ室
☐会議室 ☐事務室 ☐送迎車 ☐その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに 1 つに○をつけてください

- ☐見守り支援 ☐移乗支援 ☐移動支援 ☐入浴支援 ☐排泄支援 ☐食事支援
☒リハビリ支援 ☐介護記録等 ☐介護業務支援 ☐居室環境等管理支援 ☐ヘルスケア
☐その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

口腔機能/嚥下機能が低下している方
嚥下障害の方

に対し、

嚥下の評価
嚥下の訓練

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- ☐介護者の身体的負担軽減 ☐介護者の精神的負担軽減 ☒介護スタッフ間の連携強化
☐被介護者の安全確保 ☒被介護者の QOL 向上 ☒被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
☐人材育成・定着促進 ☐周辺業務の効率化・省力化 ☐業務全体のマネジメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 嚥下運動モニタ B4S

製品／サービスの URL : <https://marketing.bandogrp.com/b4s.html> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

製品／サービスの写真・動画 ※1 機種の写真や動画 URL を載せてください

<https://www.youtube.com/watch?v=E3rz0e14f8Q>



6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

1. 嚥下機能の評価指標となる嚥下回数と嚥下間隔を測定します。（測定 30 秒間：反復唾液嚥下テスト）
2. 過去の測定結果と比較でき、口腔訓練の成果がわかります。
3. 結果レポートを作成し、利用者様にお渡しできます。

メーカー希望小売価格：198,000 円（税別）、発売中

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- ☒介護者（施設ケア） ☐介護者（在宅ケア） ☒被介護者（施設ケア） ☒被介護者（在宅ケア）
☒リハビリ利用者（集団） ☒リハビリ利用者（個別） ☐管理者（スタッフ管理） ☐管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

☐想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ

☐被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

☒被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

☒要支援 1、2 ☒要介護 1 ☒要介護 2 ☒要介護 3 ☒要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

☒自立 ☒ランク J（生活自立） ☒ランク A（準寝たきり）

☒ランク B（寝たきり／座位保つ） ☐ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

☒自立 ☒ランク I ☒ランク II（a・b） ☒ランク III（a・b） ☐ランク IV ☐ランク V

自社独自の分類

認知機能が低下した方も対象となるが、嚥下の指示がわかる方が対象となります。

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

喉頭部位表面から嚥下の動きがセンシングできない方（触診で嚥下の動きがわからない方）は測定不可となります。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。

