

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : サラヤ株式会社

企業 URL : <https://med.saraya.com/products/kaijo/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

ベッドや便器などから移乗の際、抱え上げ
介助での転倒リスクや双方の身体負担が
増大すること

に対し、

抱え上げずに立ち上がれ、立位保持の
安定や転倒及び身体負担のリスク軽減

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : Sara®Flex（サラフレックス）

製品／サービスの URL : <https://med.saraya.com/products/kaijo/saraflex.html>

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



<https://www.youtube.com/watch?v=aDQXCixsIj0&t=25s>

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

定価：1,728,000 円（付属品：バッテリー×2 個、充電器×1 個）
別途スリング使用（アクティブスリング：S・M・L・XL・XXL サイズ、トランスファースリング）

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ
被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）
ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

【Arjo 社】モビリティギャラリーより使用対象者

<https://www.arjo.com/ja-jp/knowledge/mobility-gallery/acute-care-mobility-gallery/carl/>

Carl（カール）

Carl（カール）は日常生活に介助が必要です

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

【取扱説明書より】

- ・使用想定：体重 200 kg 以下、身長 145～195cm
- ・少なくとも片足で体重を支えられ、ある程度の上肢の安定性があること
- ・非介助者のみで端座位ができる方（一人介助の場合）

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）



（導入事例） <https://www.youtube.com/watch?v=iDmeoz7YSgo>